

OPAS POTILAALLE JA/TAI HUOLTAJALLE

TÄMÄ KORTTI ON TARKOITETTU VAIN OHJEISTUKSEKSI. ENNEN SULIQUA[®]-VALMISTEENKÄYTTÖÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATILAISEN ON OPETETTAVA SINUA KÄYTTÄMÄÄN SULIQUA[®] SOLOSTAR[®]-KYNÄÄ, JA SINUN ON LUETTAVA HUOLELLISESTI PAKKAUSSELOSTE JA KYNÄN MUKANA TULEVAT KÄYTTÖOHJEET.

Säilytä tämä kortti. Voit tarvita sitä myöhemmin uudestaan. Kirjoita nimesi tähän korttiin: _____

SULIQUA[®] 10-40 KYNÄ

SULIQUA[®] 100 YKSIKKÖÄ/ML +
50 MIKROGRAMMAA/ML INJEKTIONESTE,
LIUOS, ESITÄYTETTY KYNÄ



SULIQUA[®] 30-60 KYNÄ

SULIQUA[®] 100 YKSIKKÖÄ/ML +
33 MIKROGRAMMAA/ML INJEKTIONESTE,
LIUOS, ESITÄYTETTY KYNÄ



SULIQUA[®] -valmistetta on saatavana kahdessa esitätetyssä kynässä, jotka sisältävät kahta eri vahvuutta liksisenatidista ja eri annosvälit glargininsuliinista 100 yksikköä/ml. Lääkäri on määrännyt sinulle kynän, joka sopii insuliinintarpeeseesi.

SULIQUA[®] esitätetyillä kynillä voidaan annostella samanaikaisesti glargininsuliinia ja liksisenatidia päivittäisenä kerta-annoksena.

- Molemmat esitätetyt kynät sisältävät glargininsuliinia 100 yksikköä/ml.
- SULIQUA[®] (10–40) kynällä voidaan antaa 10–40 annosaskelman vuorokausiannoksia (vahvuus: glargininsuliini 100 yksikköä/ml ja liksisenatidi 50 mikrog/ml; annosväli: 10–40 yksikköä glargininsuliinia yhdessä 5–20 mikrogramman liksisenatidiannoksen kanssa). Tämä kynä on persikanvärinen ja siinä on oranssi annostelunappula.
- SULIQUA[®] (30–60) kynällä voidaan antaa 30–60 annosaskelman vuorokausiannoksia (vahvuus: glargininsuliini 100 yksikköä/ml ja liksisenatidi 33 mikrog/ml; annosväli: 30–60 yksikköä glargininsuliinia yhdessä 10–20 mikrogramman liksisenatidiannoksen kanssa). Tämä kynä on oliivinvärinen ja siinä on ruskea annostelunappula.
- Lääkemääräyksessä ilmoitetaan tarvitsemasi esitätetty kynä (SULIQUA[®] 10–40 kynä tai 30–60 kynä) sekä pistettävien annosaskelmien määrä.
- Jos lääkemääräyksessä olevat tiedot ovat epätäydellisiä, lääkettä toimittavan farmaseuttisen henkilökunnan on selvitettävä asia lääkkeen määrääjän kanssa.
- Yksi annosaskelma sisältää yhden yksikön glargininsuliinia 100 yksikköä/ml sekä kiinteän määrän liksisenatidia. Varmista tarvitsemasi annosaskelmämäärä ennen SULIQUA[®] -valmisteen käyttöä. Saat tämän tiedon lääkäriltä.
- Esitätetyn kynän annoksenosoitin osoittaa pistettävien annosaskelmien määrän.

OPAS POTILAALLE JA/TAI HUOLTAJALLE

HUOMIOI:

- SULIQUA® on esitäytetyssä kynässä ja sitä on käytettävä vain tässä kynässä. Potilaan, hänen huoltajansa tai terveydenhuollon ammattilaisen ei pidä koskaan vetää ruiskulla SULIQUA® -valmistetta esitäytetystä kynästä, sillä se voi aiheuttaa annosteluvirheitä ja vakavaa haittaa. Uusi neula on kiinnitettävä aina ennen jokaista pistosta. Neuloja ei saa käyttää uudelleen.
- Yksi annosaskelma sisältää aina yhden yksikön glargininsuliinia 100 yksikköä/ml riippumatta siitä, kumpaa esitäytettyä SULIQUA® -kynää käytetään (SULIQUA® 10–40 kynä tai 30–60 kynä).
- Terveydenhuollon ammattilainen selittää sinulle SULIQUA® SoloStar® -kynän ominaisuudet, myös sen, miten esitäytetyn kynän annoksenosoin osoittaa pistettävien annosaskelmien määrän.
- Tämän tyyppiseen yhdistelmälääkkeeseen siirtymisen aikana ja sitä seuraavina viikkoina sinun on mitattava verensokerisi useammin.
- Jos sinulla on kysyttävää hoidostasi, keskustele lääkärin tai diabeteshoitajan kanssa.

SULIQUA® -KYNIEN SÄILYTTÄMINEN

- Käyttämättömät SULIQUA® -kynät voidaan säilyttää jääkaapissa viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka, kesto aika on 24 kuukautta. Käyttöön otettu kynä on hävitettävä 28 vuorokauden jälkeen.

KÄYTTÄMÄTTÖMÄT KYNÄT



Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C) kynänsuojus paikallaan alkuperäispakkauksessa*.



Voidaan säilyttää jääkaapissa viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka.



Ei saa jäätyä. Pidä kynä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.



Hävitä, kun viimeinen käyttöpäivämäärä on mennyt.

KÄYTÖSSÄ OLEVAT KYNÄT



Säilytä alle 25 °C.



Älä säilytä käyttöön otettua SoloStar® -kynää kylmässä. Ei saa jäätyä.



Säilytä suoralta kuumuudelta ja valolta suojassa. Laita kynänsuojus takaisin paikalleen jokaisen pistoksen jälkeen.



Hävitä 28 vrk:n kuluttua ensimmäisestä käyttökerrasta.

*Ota SULIQUA®-valmiste jääkaapista vähintään tunti ennen pistämistä – kylmän insuliinin pistäminen voi olla kivuliasta.

†Älä anna SULIQUA®-valmisteen jäätyä. Älä säilytä lähellä jääkaapin pakastuslokeroa tai kylmäelementtiä. Jos SULIQUA® -liuoksessa näkyy huurretta tai jääkiteitä, hävitä kynä.

ENNEN SULIQUA® -VALMISTEEN PISTÄMISTÄ



Lue huolellisesti pakkausseloste ja sen mukana olevat käyttöohjeet.



Jos et noudata kaikkia näitä ohjeita, voit saada liikaa tai liian vähän lääkettä.

Jos havaitset haittavaikutuksia tai kynän käyttöön liittyvän lääkitysvirheen, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista tai lääkitysvirheistä myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen (Fimea): www.fimea.fi tai myyntiluvan haltijalle: drugsafety.finland@sanofi.com tai puh. 0201 200 368.

Riskienhallintamateriaali, versio 1. Hyväksytty: 02-2018

SAFI.LALI.18.02.0127